



TABELLA COMPARATIVA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ACCOPPIANTI PER ULTRASUONI

	ASPETTO	ODORE	DENSITÀ A 20°C	pH	LAVABILITÀ	DILUIBILITÀ CONSIGLIATA IN ACQUA POTABILE	PELANTE
GREEN GEL U 45	Gel verde trasparente	Quasi inodore	1,03 Kg/l	8	In acqua	Da 0 a 1:1	No
ACCOPPIANTE U 47	Gel trasparente	Quasi inodore	1,00 Kg/l	7-8	In acqua	Da 0 a 1:1	No
ACCOPPIANTE U 49	Gel trasparente	Quasi inodore	1,00 Kg/l	7-8	In acqua	Da 0 a 1:1	Sì
ACCOPPIANTE U 51	Gel bianco	Quasi inodore	1,03 Kg/l	7-8	In acqua	Da 0 a 1:1	No
ACCOPPIANTE U 53	Gel bianco	Quasi inodore	1,03 Kg/l	7-8	In acqua	Da 0 a 1:1	Sì
POLVERE U 55+AC	Polvere per gel trasparente	Quasi inodore	NA	~7	In acqua	33 g/l	NA

Valori tipici.